

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

En la Ciudad de Puente de Ixtla siendo las 10:00 horas, del doce de abril de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, ubicada en Carretera Puente de Ixtla-Mazatepec km. 2.35, Col. 24 febrero Puente de Ixtla Morelos, CP 62660; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la Licitación Pública Internacional, Bajo la Cobertura de Tratados Número LA-917060975-E1-2017, Presencial, referente a la Adquisición de Bienes para el Programa PFCE, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 fracción I y 46 fracción I del Reglamento de la Ley, así como los numerales 19, 19.1, 19.2 y 19.3 de la convocatoria a la licitación.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Este acto fue presidido por la Lic. Marisol Figueroa Hernández, Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o por correo electrónico, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación (hasta las 10:00 horas del día 11 de abril de dos mil diecisiete) a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Directora de Administración y Finanzas fue asistida por el Jefe de Carrera de Operaciones Comerciales Internacionales, Jefe de Carrera Turismo, Jefa de Carrera Tecnologías de la Información y Comunicación, Jefe de Carrera Agricultura Sustentable y Protegida, y el Coordinador de Soporte Técnico; los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y la Abogada General y el Jefe de Departamento de Servicios Administrativos solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

La Directora de Administración y Finanzas, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, los enviados al correo electrónico señalado en el numeral 19.2 de la Convocatoria de la presente Licitación, de los siguientes interesados:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
m1ee	JOIS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA SALUD S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	S solu 1 fra Convocato
2	GRUPO DEMAKT S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	9
3	GRUPO MASTER KONG S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	0 09 5
4	GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S.A. DE C. V.	Correo Electrónico	2
5	MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	2
6	EDGAR IRAN VERGARA TRUJILLO	Correo Electrónico	8 6047 188



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

7	INNOVACION TECNOLOGICA EN	Correo Electrónico	3
	EDUCACION SAPI DE C.V.	n la Sala de Juntas de la	disciplists s
8	GRUPO COMERCIAL INMAGRO, S.A . DE C.V.	Correo Electrónico	9
9	CDH EMPRESARIAL, S.A DE C.V.	Correo Electrónico	4
10	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JKM, S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	12
11	FANNY ESCARLETH VALDEZ MORALES	Correo Electrónico	3

También se hace constar que Carmen Ramos Flores a través de su representante Legal Ángel Enrique Mayer Ramos y; Cesar Antonio García Mendoza, presentan escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, se hace constar que DM Grupo Exportador S.A. de C.V., no presentaron preguntas ni el escrito de interés en participar en esta licitación, pero manifestaron su interés por estar presentes en este acto, quien a través de David Palafox Vega registro su asistencia, habiendo sido informado de abstenerse de intervenir en el mismo.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos como se indica a continuación:

JOIS EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

1.- En el punto 16.2 inciso F), se solicita Carta original y en papel membretado del fabricante indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria, solicitamos que se acepte carta simple del distribuidor mayorista dado por tratarse de productos comerciales no es posible obtener carta del fabricante ¿se acepta?

Respuesta: Si, deberá entregarse en papel membretado, así como también se acepta Carta original y en papel membretado del **Licitante** indicando que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las Normas Internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria.

GRUPO DEMAKT S.A. DE C.V.

Preguntas administrativas:

Página 12 punto 10.7 cita: "Los bienes ofertados deberán ser nuevos y contar con una garantía del Fabricante y del Proveedor" y más adelante en el punto 12.2 cita: "La garantía a que se refiere el punto 10.7 deberá ser presentada en papel membretado y sellado por el licitante adjudicado, firmado por el representante legal..."

Ø. €



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Pregunta 1: ¿Dicha carta garantía, se debe presentar en el acto de apertura, o sólo hasta después del fallo siendo el licitante adjudicado quien deba presentarlo? Favor de aclarar.

Respuesta: La garantía a la que se refiere el numeral 10.7 deberá entregar posteriormente en caso de salir adjudicado.

Pregunta 2: En el caso de varios artículos que solicitan, los fabricantes no entregan cartas directamente a los licitantes, siendo los distribuidores mayoristas quienes nos dan la documentación de apoyo. ¿Dado este punto, aceptarán carta del distribuidor mayoritario como apoyo y afirmación de la garantía con la que cuentan los productos? Favor de aclarar.

Respuesta: Si, así como también deberá emitirla el Licitante adjudicado.

Preguntas técnicas:

Partida 26 renglón 2 Mesa Cuadrada.-

 ¿Podemos ofertar marco, cuerpo y patas plegables en tubo redondo de ¾" calibre 18? ¿Se acepta?

Respuesta: Si.

2. La cubierta podrá ser de fibra de vidrio de 6mm. Color blanca, la cual cumple con las características técnicas requeridas: impermeable (resistente al agua) y 100% lavable, se acepta?

Respuesta: No, derivado del uso que se le dará.

Partida 26 renglón 3 Tablón rectangular. -

 Con respecta a las dimensiones, podemos ofertar tablón rectangular con Superficie de fibra de vidrio de 240 cm de largo x 75 cm de ancho x 75 cm de Altura, dado que esta es la medida estándar para sentar a 10 personas cómodamente, ¿se acepta?

Respuesta: Si.

2. Podemos ofertar patas plegables fabricadas en tubular de acero redondo de ¾" con acabado en pintura en polvo en polvo poliéster horneada a 200° color negro, dado que es el tipo de material que se utiliza para este tipo de productos, ¿se acepta?

Respuesta: Si, siempre y cuando sea acero.

Partida 26 renglón 6 silla plegable.-

 ¿Nos puede definir si se va a ofertar la silla en acabado cromado o en pintura epóxica color negro? Debido a que el costo es totalmente diferente.
 Respuesta: Acabado Cromado.


Partida 26 rengión 7 mesa media luna con cuerpo metálico y patas plegables.-

 Podemos ofertar cubierta en fibra de vidrio de 6mm. Color blanca la cual cumple con las características técnicas requeridas: impermeable (resistente al agua) y 100% lavable, ¿se acepta?

Respuesta: No.

Conference of the second of th







ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

2. Podemos ofertar marco, cuerpo y patas plegables en tubo redondo de 3/4" calibre 18, ¿se acepta?

Respuesta: Si, es como se solicita en el anexo técnico 1.


GRUPO MASTER KONG S.A. DE C.V.

¿Es motivo de descalificación no ofertar la totalidad de una partida?
 Respuesta: Si es motivo de descalificación
 O ¿puede ser por algunos bienes solamente?

Respuesta: No, tienen que ser la totalidad de los bienes de esa partida. La adjudicación se realizará por partida, es decir, para poder participar en una partida que contiene varios renglones, se tiene que ofertar la totalidad de los renglones de dicha partida, lo anterior de conformidad con el numeral 10.2 de la Convocatoria que a la letra dice: "La adjudicación se hará por partidas al licitante o licitantes que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad, servicio y demás características convenientes para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos..."

Partida 28, anaquel liso, ¿cuantos entrepaños lleva cada anaquel?, favor de proporcionar isométricos.

Respuesta: 4



3. Partida 27, campanas de extracción, indicar ¿qué calidad de acero requieren si es 304 u otra?

Respuesta: Calidad del acero 304 o mayor.

Partida 28, rebanadora, ¿de qué diámetro requieren el disco de corte?
 Respuesta: 275mm, cuchilla acero al cromo duro, ancho de rebanada 0.2 a 15 mm, entrada de corriente de 110v/60hz, potencia 250w, motor 1/3 hp (monofásico).

Partida 28, chafer de acero inoxidable cuadrado, ¿de qué profundidad requieren el chafer?

Respuesta: 10 cms o mayor.







ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

GRUPO MAYORISTA DE CUERNAVACA S. A. DE C. V.

1 .- Pregunta administrativa (propuesta técnica)

Punto 10.4 en relación con el punto 16.2 inciso B Folletos y/o Catálogos Originales, solicito amablemente a la Convocante que con el objeto de no limitar la libre participación me permita presentar imágenes de los bienes a ofertar, se acepta mi propuesta?

Respuesta: No, se acepta un catalogo libre que contenga imagen y descripción detallada de los bienes a ofertar, así también se podrán presentar fichas descargadas de internet documentando la correspondiente liga de origen para su posterior cotejo.

2.- Pregunta administrativa (propuesta técnica)

En el punto 11.6 refiere que "el proveedor deberá entregar los bienes adjudicados en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, perfectamente Instalados y puestos en marcha..."

Solicito amablemente a la convocante especifique cuales son las partidas que requieren dichos servicios, toda vez que algunas partidas lo mencionan en su anexo técnico, no obstante, por mencionar algún ejemplo las partidas 21 Kit laboratorio video y audio cámaras de video, vigilancia y 37 Sistema de alarma para emergencias no lo mencionan, favor de aclarar

Respuesta: Para el caso de estas dos partidas la 21 y 37, únicamente se requiere la entrega de los bienes en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, no se requerirá su instalación.

MASS GEOSCIENCES S.A. DE C.V.

1. Partida 18 Software Diseño Gráfico: Solicitan 2 licencias MASTER COLECTIÓN ADOBE CS6, dado que ese tipo de licencia ya no existe, para cubrir este requerimiento adobe nos manifiesta que se deberá ofertar 2 licencias ADOBE CREATIVE CLOUD, ALL APPS. ¿se acepta nuestra propuesta?

Respuesta: Si se acepta la propuesta, se deberá ofertar 2 licencias de Creative Cloud All Apps Team Licensing Subscription New Education Named license.

 Partida 18 Software Diseño Gráfico: De aceptar nuestra propuesta le solicitamos a la convocante nos especifiquen porque periodo necesitan las licencias 1, 2, 0 3 años.

Respuesta: 1 año.

EDGAR IRAN VERGARA TRUJILLO

1. CAPITULO SEGUNDO 11.1 Condiciones de transporte, entrega y recepción de los bienes: En el supuesto de que <u>"o en su caso en el lugar que se designe para tal efecto previa notificación"</u> refiriéndonos a que equipos especiales con pesos mayores a 500 Kg deben usar grúa para maniobras de carga y descarga, lo cual incrementa notablemente los costos del equipo, ¿existe posibilidad de entregar en ocurre y que Uds. recojan el equipo?

OV.

R



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Respuesta: No, los bienes deberán ser entregados en las instalaciones del Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

2. CAPITULO TERCERO 16.2. F Carta original y en papel membretado del fabricante indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento: ¿Si el fabricante no extiende esta carta es motivo de descalificación de la licitación? ¿Que procede en esta situación?
Respuesta: No es motivo de descalificación siempre y cuando sea sustituida

Respuesta: No es motivo de descalificación siempre y cuando sea sustituida por una Carta original y en papel membretado del **Distribuidor Mayorista y Licitante** indicando que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las Normas Internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria.

3. CAPITULO TERCERO.23.F De las causas o motivos de desechamiento de las proposiciones. F) Cuando se establezca la adjudicación por partida y no se cotice la totalidad de los bienes requeridos en esta, ¿Se desecha la propuesta completa o solo esa partida?
Respuesta: Solo la partida en la cual no se está cotizando completo.

4. CAPITULO CUARTO. De las garantías legales y los contratos 24. De las Garantías Legales. 24.2. "Constituir una fianza por cada contrato" ¿Los contratos se otorgarán por partida o por licitante?
Respuesta: Al Licitante que se le adjudique una o varias partidas se realizará

un solo contrato.

5. CAPITULO CUARTO. 30. Del Anticipo ¿Hay posibilidad de que se entregue

- algún anticipo? ¿O alguna circunstancia Especial?

 Respuesta: No habrá anticipo.
- 6. PARTIDA 3 Laptop Profesional Similar en Calidad a Marca DELL Modelo Latitud de 3570 ¿Puede ofertarse una Laptop de características técnicas similares, pero con pantalla de diferente tamaño? Respuesta: Si, siempre y cuando la pantalla sea de mayor tamaño.
- 7. PARTIDA 21 Kit Laboratorio Video y Audio Cámaras de Video Vigilancia Similar en Calidad a Marca HIKVISION Modelo DS2CD20321 CCT.- La instalación de las cámaras depende del espacio y distancias en donde se instalaran las cámaras ¿necesitan se cotice instalación o tienen personal que lo haga? Respuesta: No se solicita la cotización de la instalación, solo los bienes

INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V.

 De acuerdo al punto 16.2, inciso F partida 11 Kit de Robótica marca VEX, Se solicita a la convocante, adjuntar el documento original del fabricante para comprobar que el distribuidor mayorista en México tiene todos los permisos para su distribución.

W. W.

3



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Respuesta: Si lo puede adjuntar y tendrá que anexar Carta original y en papel membretado del **Distribuidor Mayorista y Licitante** indicando que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las Normas Internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria.

 Para el Punto 16.2, inciso B referente a los folletos y catálogos Técnicos, se solicita a la convocante si es posible usar como catálogo hojas impresas traducidas al español, indicando la dirección web de donde se obtuvo la información.

Respuesta: Si, se podrán presentar fichas descargadas de internet documentando la correspondiente liga de origen para su posterior cotejo.

 Para la partida 11 kit de robótica marca VEX. Se solicita a la convocante la oportunidad de extender el tiempo de entrega del producto "1 actualización de la temporada 2017- 2018", ya que es un producto que se liberara en el mes de Julio.

Respuesta: Si, a más tardar el 31 Julio de 2017.

GRUPO COMERCIAL INMAGRO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA No. 1, Amablemente solicito a la convocante nos proporcione vía correo o bien a través de compranet bases completa en el programa Word o en algún procesador de textos, ya que las bases originales que aparecen en compranet están en PDF

Respuesta: No. las bases ya están publicadas.

<u>Punto de las bases: 10. Información específica de los bienes a adquirir por medio de la licitación.</u>

PREGUNTA No. 2, ¿Favor de aclarar como toman en cuenta las partidas, ejemplo, la partida es Software y, está compuesta por los números del 12 al 18, o es una partida por cada número?

0.00	SOFTWARE		
12	SOFTWARE: NEGOCIOS INTERNACIONALES MÁS SIMULADOR TRANSVERSAL Y GESTIÓN.	PZA	1
13	SOFTWARE LABORATORIO VIRTUAL DE QUÍMICA, FÍSICA, ELECTRÓNICA, MATEMÁTICAS	PZA	1
14	SIMULADOR DE RUTAS LOGISTICAS	PZA	1
15	SOFTWARE: LICENCIA PARA BIBLIOTECAS SIMILAR EN CALIDAD A SIABUC	PZA	doa r
16	LICENCIA MY SQL SERVER	LICENCIA	3
17	SOFTWARE ASPEL COI	PZA	1
18	SOFTWARE DISEÑO GRAFICO MASTER COLECTION ADOBE CS6	PZA	2

Ya que en este cuadro vienen de esta forma







ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Respuesta: Si lo puede adi Zanala ndra que anexar Carta original y en papel

Partida	Descripción	
1,3,5 Y 6	EQUIPO DE COMPUTO	
4, 7, 8, 9 Y 10	EQUIPO DE COMPUTO	
19 a la 20	EQUIPO ELECTRONICO	
21	KIT DE LABORATORIO VIDEO Y AUDIO	
22 a la 24	EQUIPO DE LABORATORIO	
25	MOBILIARIO PARA PERSONAS CON	
	DISCAPACIDAD	
26	MOBILIARIO DE TURISMO	
27	SISTEMA DE ESTRACCIÓN GASTRONÓMICA	
28	ELECTRODOMESTICOS	
29	PRENDAS DE SEGURIDAD	
30 Y 31	MAQUINARIA	
32	HERRAMIENTAS PARA TRABAJO EN CAMPO	
33 a la 35	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACEN Y	
	EMPAQUE	
36	SUMINISTRO E INTALACION DE INVERNADERO	
37	SISTEMA DE ALARMA	

Respuesta: Es una partida por cada número, de la partida 12 a la partida 18 corresponden a conceptos de software; en cuando al segundo cuadro que ponen como referencia en la presente pregunta es el que se señala en el punto 10.7 de la Convocatoria y únicamente se refiere al periodo de garantía del fabricante y proveedor con que deben contar las partidas ahí mencionadas

Punto de las bases: 11.6. El proveedor deberá entregar los bienes adjudicados en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, perfectamente instalados y puestos en marcha, preservando las características originales, sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para la Convocante.

PREGUNTA No. 3 En relación al punto anterior, para las partidas 19, 20, 21 Y 37, ¿Es necesario que mi representada los instale y ponga en marcha?

19	BAFLE DE 15", AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO CON TRIPIE Y MICRÓFONOS	KIT	1
20	PANTALLA TV 50"	PZA	1
21	LABORATORIO VIDEO Y AUDIO CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	KIT	1
37	SISTEMA DE ALARMA PARA EMERGENCIAS	KIT	1

Respuesta: No se requiere Instalación, los bienes de las partidas 19, 20, 21 y 37 únicamente se tendrán que entregar en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

Punto de las bases: 15.3. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado, que contendrá la oferta técnica y económica; el que se rotulará con los datos del licitante (nombre, dirección y teléfonos) y número de la licitación.

PREGUNTA No. 4, ¿En un solo sobre cerrado se van a integrar tanto la propuesta técnica como la económica?

Respuesta: Si, separando ambas propuestas por un folder, es importante resaltar que con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes deberán entregar por separado del sobre que contiene las propuestas técnica y económica: el formato del Anexo 2 debidamente elaborado que corresponde a un escrito en el que el firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

Hard

M



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Punto de las bases: F. Carta original y en papel membretado del fabricante indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria.

PREGUNTA No. 5, En relación a este punto, y de acuerdo a las particas en las que deseamos participar, tengo bienes que son de procedencia extranjera, y nosotros tenemos distribuidores autorizados en México, para adquirir estos bienes, por lo que el fabricante no va a extender dicha carta, ya que mi empresa no comprara directamente con ellos, sino a través del distribuidor, la pregunta es: ¿Será posible que mi representada adjunte una carta indicando que se cumple con las normas?

Respuesta: Si, deberá ser Carta original y en papel membretado del Distribuidor Mayorista y Licitante indicando que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las Normas Internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria.

Punto de las bases: O. Presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social (copia del último pago de entero). En el caso de personas físicas deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad que no cuentan con trabajadores a su servicio.

PREGUNTA No. 6: ¿Mi representada no tiene trabajadores ni cuenta con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitamos a la Convocante nos permita presentar una carta bajo protesta de decir verdad que indique que no contamos con registro ni trabajadores inscritos en el padrón del Instituto Mexicano del Seguro Social? Respuesta: No se acepta la carta que mencionan, sin embargo en lugar de esta se acepta la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

ASPECTOS TÉCNICOS:

PREGUNTA No. 7 En relación a las siguientes partidas:

Partida 19: Kit bafle de 15", amplificador y reproductor de audio con tripie y micrófonos Partida 21: Kit laboratorio video y audio cámaras de video vigilancia similar en calidad a marca HIKVISION modelo DS2CD20321 CCTV

Partida 37: Kit Sistema de Alarma para Emergencias

En caso de que mi representada instale estos bienes, solicitamos a la convocante nos entregue e indique:

- Solicitamos nos hagan entrega del Diagrama del lugar para la instalación de los dispositivos
 - 2. Indicar si existe canalización o tubería para el montaje de cable,
 - 3. Indicar si existe energía eléctrica
 - 4. Indicar dimensiones de los lugares donde se instalarán los equipos

Respuesta: No se requiere su instalación.

PREGUNTA No. 8 De las siguientes cámaras, cuantas piezas son por megapixel

N

B



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

10 cámaras tipo Mini Bala, IP, IR (20mts), Día/Noche con las siguientes características: CMOS 1/3" Scan Progresivo, Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR, Lente fijo 4 mm@F1.2. 18 LEDs IR (hasta 20 m de visión), Función Día y Noche Real con Filtro ICR, Shutter electrónico, automático,

Resolución: 2048 x 1536pixeles (3 Megapíxeles), CUANTAS CÁMARAS?

Resolución: 1920 x 1080pixeles (Full HD 1080p, 2 Megapíxeles), CUANTAS

CÁMARAS?

Resolución: 1280 x 960 pixeles (1.3 Megapíxeles), CUANTAS CÁMARAS?

Respuesta: 10 cámaras que deberán cumplir con la resolución de 3 megapixeles.

PREGUNTA No. 9, Sistema de Extracción Gastronómica

A) Observamos que hay dos campana con la misma medida, 1.00x1.00x.050m es correcta nuestra apreciación, o varia la medida?

B) En cuanto a la campana con medida 3.70x1.00x0.50m, la medida de la lámina de fábrica es de 3.05, la campana de extracción, será fabricada al tamaño que ustedes solicitan 3.70x1.00x0.50m, con una costura casi invisible para que llegue al tamaño solicitado en bases. Deseamos saber si se acepta esta propuesta

 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 1.00X1.00X.050M
 PZA
 1

 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 3.70X1.00X0.50M
 PZA
 1

 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 1.00X1.00X.050M
 PZA
 2

 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE 1.55X1.00X.050M
 PZA
 2

Respuesta: Es correcto se solicitan tres campanas de extracción de medida 1.00x1.00x0.50m, en cuanto a la campana de extracción con medida 3.70x1.00x0.50 es la que se requiere por lo tanto se tendrá que fabricar en dichas medidas.

CDH EMPRESARIAL, S.A DE C.V.

1 Con relación a la presente Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, numero LA-917060975-E1-2017, referente a la Adquisición de Bienes para el Programa PFCE, hacen mención que esta será de manera presencial., pregunta: solicitamos amablemente a la convocante poder presentar nuestras propuestas de manera electrónica anexando toda la documentación que solicitan, ya que de esta forma no afecta en nada en el presente proceso licitatorio

Respuesta: No, ya que la Presente Licitación es de carácter presencial, debiendo presentar las propuestas conforme lo marca los numerales 14, 16, 17 y 20 de la Convocatoria, así como la presente acta de Junta de aclaraciones.

2 Con relación al punto 11.2. La universidad tecnológica del Sur del Estado de Morelos, Requiere la entrega de los bienes adjudicados, en sus instalaciones, ubicada en Carretera Puente de Ixtla-Mazatepec km. 2.35 24 febrero en Puente sus instalaciones, de Ixtla Morelos, C.P. 62660, Así mismo las instalaciones necesarias y puesta en marcha de los bienes de la presente Licitación.

B



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Pregunta: nos podrían indicar si las partidas 02, 08, 09, 10, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31,32, 33, 34, 35 y 37 aplica la instalación y puesta en marcha como lo solicitan. Ya que dichos bienes no requieren ser instalación o poner en marcha Respuesta: Para las partidas 02, 08, 09, 10, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 34 y 37 no se necesita instalación ni puesta en marcha; para las partidas 25, 30, 31 y 35 se requiere su ensamblaje e instalación; y para la partida 33 únicamente se solicita puesta en marcha.

3. Con relación al punto 16.2. Inciso "F" solicitan carta original y en papel membretado del fabricante indicando que los bienes ofertados cumplen con las normas oficiales mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las normas internacionales, según procedan de conformidad en con dispuesto por los artículos 53 y 55 de La Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente convocatoria.

Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante poder entregar carta original en papel membretado por parte de Licitante donde indique lo antes mencionado., lo anterior debido a que los fabricantes no expiden este tipo de cartas, además se tiene que tomar en consideración que en algunas marcas solo hay en el país representantes o distribuidores mayoristas y no el fabricante

Respuesta: Si, debe ser Carta original y en papel membretado del Distribuidor Mayorista y Licitante indicando que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las Normas Internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria.

4. Con relación al punto 16.2. Inciso "0", solicitan presentar documento que acredite el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Seguridad Social (copia del último pago de entero). En el caso de personas físicas deberán de manifestar bajo protesta de decir verdad que no cuentan con trabajadores a su servicio

Pregunta: podremos solventar este punto presentando la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social que emite el IMSS

Respuesta: Si.

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JKM, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

1. En referencia al punto 11.6, con la finalidad de que quede claro podría indicarnos si la instalación y puesta en marcha es para todas las partidas o favor de indicar para cuales solo aplica.

Respuesta:

Partidas para entrega: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 26, 28,

Partidas para instalación: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 35

Partidas para puesta en marcha: 33



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Partidas de instalación y puesta en marcha: 22, 23, 24, 27, 30, 31, 34 y 36

- 2. En referencia al punto 16.2 inciso "F", la carta del fabricante solicitado, el no presentar esta carta es un motivo de descalificación?
 Respuesta: Si, sin embargo podrá sustituir la carta solicitada por la Carta original y en papel membretado del Distribuidor Mayorista y Licitante indicando que los bienes ofertados cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, de las Normas Internacionales, según procedan de conformidad en lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a los artículos 31 y 32 del Reglamento, de acuerdo al numeral 10.5 de la presente Convocatoria.
- 3. Anexo 1 partida 2, 7, 8, 9, 10 y 37, en base a que solicitan cantidades menores a 10 piezas y el fabricante no otorgara la carta solicitada del inciso 16.2 inciso "F" y con la finalidad de que las partidas no se queden desiertas favor de permitirnos presentar este escrito del licitante en lugar de fabricante, se acepta?

Respuesta: Si, conforme a la respuesta de la pregunta anterior.

4. Anexo 1 partida 16, en referencia a la carta solicitada del inciso 16.2 inciso "F", Microsoft no otorga cartas con el texto indicado, las única que entregaría seria donde confirme que el distribuidor participante es un "PARTNER REGISTRADO" y dirigida a esta universidad, con esta misma carta la universidad también asegura que la garantía y la entrega de la licencia es GENUINA Y ORIGINAL y Con la finalidad de que no se quede desierta la partida favor de aceptar.

Respuesta: Se podrá sustituir por Carta original y en papel membretado del Distribuidor Mayorista y Licitante.

- 5. En referencia al punto 16.2 inciso "M", con la finalidad de darle certeza y credibilidad a este escrito será un requisito anexar una carta de entregas no pendientes que expide la unida de compras UPAC del gobierno de Morelos? Respuesta: No, únicamente se tendrá que entregar Carta en papel membretado del licitante bajo protesta de decir verdad, que no tiene pendiente entrega alguna con las dependencias y entidades auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
- 6. En referencia al punto 16.2 inciso "O", Con la finalidad de no limitar la libre participación y en observación al artículo 29 inciso V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solicitamos amablemente que para el caso de una empresa moral o física habemos empresas que contrata al personal necesario cuando se inicia un nuevo proyecto no antes, solicitamos amablemente aceptar un escrito bajo protesta de decir verdad y mencionando el número de afiliación al IMSS, donde indique que de momento no se cuenta con personal asegurado sin embargo estamos afiliados al IMSS y en caso de adjudicación se asegurara el personal que se requiera para el cumplimiento del contrato, se acepta? Respuesta: No se acepta, sin embargo se acepta la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y una vez iniciados los trabajos presenten los documentos solicitados.

PREGUNTA TECNICAS:

- ANEXO 1 1. Partida 37, en base a que en el mercado hay infinidad de modelos de gabinetes favor de también aceptar el más común y disponible con dimensiones 25.5 x 35.3 x 40.5 x (profundidad x ancho x alto).
 Respuesta: Si únicamente las dimensiones del gabinete.
- Partida 37, se recomienda para resguardar bien los componentes el gabinete traiga integrado una chapa de seguridad, se acepta?
 Respuesta: Si.
- Partida 37, el botón pulsador deberá de traer la leyenda "SALIDA/EXIT"?
 Respuesta: No, no es necesario.
- 4. Partida 37, solicitan una sirena de emergencia de 75 db y en el ultimo párrafo solicitan 2 sirenas de 92 db, son tres sirenas distintas las que solicitan? favor de aclarar.

Respuesta: Si, son tres sirenas distintas.

5. Partida 37, solicitan luz estroboscópica favor de aclarar si solicitan 16 pzas o 15 pzas?

Respuesta: 16 piezas

6. Partida 37, solicitan dimensiones especificas de varios componentes, con la diversidad de modelos en el mercado favor de aceptar las que cada fabricante ofrece siempre y cuando sean características superiores a las requeridas, se acepta?

Respuesta: Si, siempre y cuando sean superiores

FANNY ESCARLETH VALDEZ MORALES

 Partida 21.- Kit de Laboratorio Video y Audio Cámaras de Video Vigilancia Similar en Calidad a Marca HIKVISION modelo DS2CD20321 CCTV.

Las cámaras solicitadas son de tecnología IP, y el grabador que solicitan es tecnología turbo, no son compatibles por el tipo de conexión, asi como la señal de transmisión a la que trabajan. Se solicita a la convocante revise las especificaciones del grabador para que haya compatibilidad en cuanto al sistema de las cámaras.

Respuesta: Se deberá suministrar un NVR con capacidad de soportar las 10 cámaras IP, con un disco duro de al menos 1TB de capacidad y suministro de POE, para la misma cantidad de cámaras, dicho NVR deberá ser de la marca HIKVISION o misma marca que las cámaras ofertadas.

2. Partida 28.- el anaquel se puede proponer que el calibre de los postes sea en no. 18 y no 16, esto no altera el costo del mismo.

Respuesta: No se puede proponer

6



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

La Convocante realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

- 1.-En la Convocatoria numeral 6.1 menciona lo siguiente "Todos los actos se realizarán en la Sala de Juntas de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ubicada, Carretera Puente de Ixtla-Mazatepec km. 2.35, Col. 24 febrero Puente de Ixtla Morelos, CP 62660. con teléfono 7773 74 30 10 y 7773 28 17 34", se aclaraá que el acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, así como el acto de fallo se llevará a cabo en el Auditorio de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, con la misma dirección antes señalada.
- 2.-En la Convocatoria Anexo 1, En las Especificaciones del Equipo de Cómputo, de la partida 1 a la 7 se aclara que la Unidad de medida es EQUIPO y no PZA.
- 3.- En la Convocatoria Anexo 1, En las Especificaciones de la partida 27, se aclara lo siguiente

Dice:

ESPECIFICACIONES SISTEMA DE EXTRACCIÓN GASTRONÓMICA			
ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	
CAMPANA DE EXTRACCIÓN Fabricada en medidas de 1.00x1.00x.050M, Las 4 vistas en acero inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 2 filtros y 1 lámpara de capelo	PZA	Res Res ns9 .9	
CAMPANA DE EXTRACCIÓN Fabricada en medidas de 3.70X1.00X0.50M Las 4 vistas en acero inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 7 filtros y 3 lámparas de capelo	PZA	rain 1 (eq) Res Res YMMAR	
CAMPANA DE EXTRACCIÓN Fabricada en medidas de 1.00x1.00x.050M. Las 4 vistas en acero inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 2 filtros y 1 lámparas de capelo	PZA	2 mid as	
CAMPANA DE EXTRACCIÓN Fabricada en medidas de 1.55x1.00x.050M. Las 4 vistas en acero inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 2 filtros y 1 lámparas de capelo	PZA	Sto. 2 IQE9 State ESFI	

Debe decir:

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
CAMPANA DE EXTRACCIÓN	PZA	1
Fabricada en medidas de 1.00x1.00x0.50M, Las 4 vistas en acero inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 2 filtros y 1 lámpara de capelo		no Res





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

CAMPANA DE EXTRACCIÓN	PZA	1
Fabricada en medidas de 3.70X1.00X0.50M Las 4 vistas en acero	SOFTWI	
inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina	ALIUMUR	
de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y	65 B618-5	
respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 7 filtros y 3 lámparas de capelo	til pall s	
CAMPANA DE EXTRACCIÓN	PZA	2
Fabricada en medidas de 1.00x1.00x0.50M. Las 4 vistas en acero	page 0 /g	-
inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina	compre	
de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y	hagad +	
respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 2 filtros y 1	eb daso	
lámparas de capelo	28812 - 1	
CAMPANA DE EXTRACCIÓN	PZA	2
Fabricada en medidas de 1.55x1.00x0.50M. Las 4 vistas en acero	matica/A	
inoxidable calibre 20, con cuerpo interior, cornizuela perimetral en lámina	903500	
de acero inoxidable calibre 20, costados y frente en calibre 20, toldo y	hoged	
respaldo en lámina de acero inoxidable en calibre 20 con 2 filtros y 1 lámparas de capelo	Un pimos	

4.-En la Convocatoria numeral 11.6 El proveedor deberá entregar los bienes adjudicados en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, perfectamente instalados y puestos en marcha, preservando las características originales, sin merma de su vida útil y sin perjuicio alguno para la Convocante, se aclara lo siguiente: las partidas deberán entregarse conforme a lo siguiente:

Partidas para entrega: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 32 v 37

Partidas para instalación: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 25, 35

Partidas para puesta en marcha: 33

Partidas de instalación y puesta en marcha: 22, 23, 24, 27, 30, 31, 34 y

5.-En la Convocatoria Anexo 1 Partida 12, se aclara lo siguiente:

ESPECIFICACIONES	UNIDAD CANTIDA	ESPECIFICACIONES UNIDAD	PARTIDA
SOFTWARE: NEGOCIOS INTERNACIONALES MÁS SIMULADOR TRANSVERSAL Y GESTIÓN. Estas condiciones incluyen: • Uso ilimitado en el caso de paquetes para alumnos y profesores de una facultad en un solo campus uso presencial únicamente • Capacitación On line para 5 instructores en caso de compra de site licence previa certificación • Soporte técnico on line y pedagógico por 6 meses en caso de compra de site licence • Creación de un microsite de acceso a alumnos y docentes "gestión integral de la plataforma" • Alojamiento en servidores de caso de compra de site licence • Soporte y resolución de dudas on line e incidencias en un plazo máximo de 24 horas • Instalación y puesta en marcha de los simuladores: 1. Bank Game 2. Bank company 3. Business Global	PZA 1	WARE: NEGOCIOS INTERNACIONALES MÁS LADOR TRANSVERSAL Y GESTIÓN. condiciones incluyen: ilimitado en el caso de paquetes para alumnos y sores de una facultad en un solo campus uso ncial únicamente acitación On line para 5 instructores en caso de ra de site licence previa certificación orte técnico on line y pedagógico por 6 meses en recompra de site licence ación de un microsite de acceso a alumnos y res "gestión integral de la plataforma" amiento en servidores de caso de compra de site recompración de dudas on line e incidencias en recomáximo de 24 horas lación y puesta en marcha de los simuladores: k Game k company	PARTIDA 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18









ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

PARTIDA	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD
12	SOFTWARE: NEGOCIOS INTERNACIONALES MÁS	PZA	Fabritada e
	SIMULADOR TRANSVERSAL Y GESTIÓN. Estas condiciones incluyen:		ton orden of
	Uso ilimitado en el caso de paquetes para alumnos y profesores de una facultad en un solo campus uso		espaido en e
	presencial únicamente Capacitación On line para 5 instructores en caso de		D AMASMA DE
	compra de site licence previa certificación		so piospixor
	Soporte técnico on line y pedagógico por 6 meses en caso de compra de site licence		
	Creación de un microsite de acceso a alumnos y		
	docontos gostion integral de la planarent		The second second second second second second
	Alojamiento en servidores de caso de compra de site licence		na absence candable ca
	Soporte y resolución de dudas on line e incidencias en un plazo máximo de 24 horas		dioni crisco solo
			in paras de d
	1. Business Global		
	2. Global 2020		L-En la C
	3. Tech company	-	And the second

7.-En la Convocatoria numeral 16.2 inciso F, se aclara que para las partidas correspondientes a conceptos de Software, son obligatorias las normas que así le apliquen.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx para efectos de su notificación. Así mismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en la Dirección de Administración y Finanzas ubicada en Carretera Puente de Ixtla-Mazatepec km. 2.35 24 febrero Puente de Ixtla Morelos, CP 62660, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

De igual forma y a petición de los licitantes, se reitera a los Servidores Públicos y representantes de las empresas participantes en la presente Licitación que el próximo evento consistente en la *Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas*, está programada para el día <u>Viernes Veintiuno de abril del año en curso, a las 10:00 horas,</u> en el Auditorio de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, ubicado en Carretera Puente de Ixtla-Mazatepec km. 2.35 24 Febrero Puente de Ixtla Morelos, CP 62660 Cabe señalar que no habrá tolerancia, por lo que se solicita su puntual asistencia.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, las modificaciones, aclaraciones y observaciones derivadas de la presente junta de aclaraciones y que constan en la presente acta, se entenderán como parte integral de la convocatoria de esta Licitación No. LA-917060975-E1-2017. Por lo que firman de enterado y conformidad, los que en ella intervinieron.

No habiendo más que hacer constar, siendo las once horas con dos minutos del día miércoles 12 de abril del año dos mil diecisiete, se cierra la presente firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

B.











ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NÚMERO LA-917060975-E1-2017, PRESENCIAL, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL PROGRAMA PFCE

Esta Acta consta de 17 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Edgar Iran Vergara Trujillo	Edgar Iran Vergara Trujillo instrumor@hotmail.com	
Grupo Mayorista de Cuernavaca S.A. de C.V.	Federico Garcia Gaona gru mac@hotmail.com	
Comercializadora y Servicios JKM S.A. de C.V.	Mario Reza Arredondo Ingeniería-ti@outlook.com	7 Alla
Mass Geosciences S.A. de C.V.	Rogelio Duran Resendiz rogelio@mass.com.mx	Marsia Vivain B
D.M. Grupo Exportador S.A. de C.V.	David Palafox Vega ventas@dmgrupoexportad or.com	Cour

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

NOMBRE	ÁREA	FIRMA, A
Lic. Marisol Figueroa Hernández	Directora de Administración y Finanzas	Hoose
Lic. Alejandra Hernández Bañuelos	Abogada General	
Mtra. Isabel del Rosario Torres Quiroz	Jefa de Carrera de Operaciones Comerciales Internacionales	2 de la companya della companya della companya de la companya della companya dell
Lic. David Alexander C. Pastrana y Tejero	Jefe de Carrera Turismo	2
Ing. Rosa Ríos Gómez	Jefa de Carrera Tecnologías de la Información y Comunicación	Rand
Ing. Roberto Alberto Rabadán Celis	Jefe de Carrera Agricultura Sustentable y Protegida	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
C.P. Delia Yadira Gálvez Zarate	Jefe de Departamento de Servicios Administrativos	Taling 3
Ing. Julio Chávez Sánchez	Coordinador de Soporte Técnico	()

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE		ÁREA			FIRMA		
Lic.Viviana Cañas	Gutiérrez	Comisaria secretaria			110 110	00	